

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POPRADE
Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
LABORATÓRIÁ RÚVZ SO SÍDLOM V POPRADE

ŠPECIALIZOVANÉ LABORATÓRIUM 2
MIKROBIOLOGICKÝCH ANALÝZ
tel.: 052/7722 453, e-mail: pp.slma@uvzsr.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 1542/2020
Mikrobiologické skúšky

Objednávateľ: Rodinná firma, s.r.o., Okružná 150/28, Čadca 02204	
Predmet skúšania: Účinnosť dezinfekčného prostriedku	
Druh prostriedku: Isokor Clinic gél	Poradové číslo: 9/2020
Miesto odberu: Rodinná firma, s.r.o., Okružná 150/28, Čadca 02204	Dátum odberu: 30.03.2020
Dátum prípravy: neuvedený	
Vzorku odobral: objednávateľ	Odber z okresu: -
Spôsob doručenia vzorky: poštou	
Stav vzorky pri doručení: bez zistení	
Dátum a čas prijatia do laboratória: 30.03.2020; 12 ³⁰ h	Skladovanie vzorky: chladnička
Dátum ukončenia skúšok : 08.04.2020	
Skúšobná metóda: ŠPP č.104 N, AHEM – príloha č.1/1985, Standardní metody pro hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek	

Za správnosť údajov o predmete skúšania zodpovedá zadávateľ.

Testovací kmeň	Teplota	Prostredie	Účinnosť										
			30''	1'	2'	4'	6'	8'	10'	15'	30'	45'	60'
<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 4516	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Escherichia coli</i> CCM 3988	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 7930	37°C	vodné	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú

VYSVETLIVKY:

N – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície neúčinný

Ú – dezinfekčný prostriedok je pri použitej dobe expozície účinný

ŠPP – štandardný pracovný postup, AHEM – Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Výsledky sa vzťahujú na predmet skúšania po prevzatí do laboratória.

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol o skúške môže reprodukovať iba ako celok.

Protokol vyhotovil: Lívia Stasová

Dňa: 08.04.2020

Za odbornú činnosť zodpovedá:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Špecializovaného laboratória 2
mikrobiologických analýz



Protokol schválil:

RNDr. Denisa Pilková
vedúca Laboratória
RÚVZ so sídlom v Poprade